МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетное учреждение здравоохранения
Воронежской области
«ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
(БУЗ ВО ВОКБ №1)

394066, г. Воронеж, Московский проспект, 151
Телефон (473) 257-96-22 факс (473) 257-97-97
E-mail: mail@vokb1.zdrav36.ru
www.hospital.vrn.ru
ОКПО 01921720, ОГРН 1033600033598
ИНН/КПП 3662006088 / 366201001

«24» 07 2026г. № 86-15/3146

На №___от «__»_____20____г.

Отзыв на апробацию ультразвукового сканера LELTEK LU710L, LELTEK LU710C

В период с 01.06.2026 по 22.06.2026 на базе отделений ультразвуковой диагностики, ОРИТ №1 и операционного блока БУЗ ВО «ВОКБ №1» проводилась апробация ультразвуковых датчиков LELTEK LU710L (линейный) и LU710C (конвексный).

За указанный период обследовано более 200 пациентов с различной хирургической патологией. С помощью линейного датчика LELTEK LU710L выполнено более 230 катетеризаций центральных вен и 23 блокады периферических нервов.

Результаты апробации:

1 Мобильность: малые габариты и вес позволяют использовать датчики не только в стационаре, но и в автомобилях скорой медицинской помощи, что значительно сокращает время постановки диагноза.
2 Эргономика и интерфейс: интуитивно понятный интерфейс и удобное сенсорное управление позволяют быстро освоить работу с оборудованием.
3 Автономность: время работы без подзарядки составляет около 2 часов, что обеспечивает непрерывность исследований при массовом поступлении пациентов.
4 Технические характеристики: качество визуализации в В-режиме соответствует сканерам среднего класса. В режиме ЦДК обеспечивается качественная визуализация сосудов и точная навигация иглы при инвазивных манипуляциях.
5 Подключение: реализована удобная система зарядки и беспроводного сопряжения с планшетом/смартфоном.
Вывод:
1 Датчики LELTEK LU710L и LU710C продемонстрировали высокую эффективность и могут быть рекомендованы для проведения экстренной ультразвуковой диагностики (протоколы FAST, BLUE, RUSH).
2 Оборудование незаменимо при работе в условиях массового поступления пострадавших (ДТП, техногенные катастрофы).
3 Высокая точность визуализации при проведении инвазивных манипуляций, а также наличие биопсийных насадок значительно облегчают работу анестезиологов-реаниматологов при катетеризации вен и регионарной анестезии.

Главный врач БУЗ ВО ВОКБ 1 В.А.Вериковский
Зав отделом Ультразвуковой диагностики, ГВС по УЗД МЗ ВО Е.Н.Пономарева
контактный телефон 89036566333